



ANEXO CONVOCATORIA

284/2017

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Alimentación: 120V - 240V Frecuencia Nominal: 50-60Hz Corriente de red: Máximo 5,5 AmpRendimiento: 70Kv - 8m Distancia focal_ 20cm Diámetro focal: 6cm Radiación de fuga a 1m<0.5mR/h Filamento de tubo: 0.8 x 0.8mm Filtración total: 2m/m Al. Digital de 0,05 a 3 segundos. Apto radiovisiografo (RVG) Dos modos de disparo: Pulsador manual con cable extensible y/o control remoto Indicador sonoro de la luz al momento de la emisión. Retardo de hasta 10 segundos permitiendo al profesional retirarse de la sala de rayos con el fin de evitar la radiación al momento de la emisión Observaciones: tanto de pie como de pared de dos brazos.</p>